


由此開始使用 Repatha[®] (Evolocumab) 預充自助注射器

- REPATHA[®]是甚麼
- 使用REPATHA[®]前之注意事項
- 如何使用 REPATHA[®]
- 可能引起之副作用
- 包裝成分
- 使用步驟說明
- 常見問題

REPATHA[®] (evolocumab) 是一種可注射的處方藥，也被稱為 PCSK9 抑制劑。REPATHA[®] 用於：

- 結合飲食以及最大耐受量的他汀藥物治療，用於需要額外降低 LDL（低密度脂蛋白）膽固醇的雜合子家族性高膽固醇血症（會引起 LDL 膽固醇水平升高的遺傳性疾病）或患有動脈粥樣硬化性心臟病或血管病的成年患者。
- 結合飲食以及其他降 LDL 治療，用於需要額外降低 LDL 膽固醇的純合子家族性高膽固醇血症（會引起 LDL 膽固醇水平升高的遺傳性疾病）的患者。

REPATHA[®] 乃醫生處方藥物，請向醫護人員查詢有關詳情。此小冊子僅供醫護人員為獲處方使用 REPATHA[®] 的病人或其家屬作解說之用，建議只供醫療室內使用。



REPATHA®是甚麼？

REPATHA®是一種可注射的處方藥，也被稱為PCSK9抑制劑。REPATHA®用於：

- 結合飲食以及最大耐受量的他汀藥物治療，用於需要額外降低LDL(低密度脂蛋白)膽固醇的雜合子家族性高膽固醇血症(會引起LDL膽固醇水平升高的遺傳性疾病)或患有動脈粥樣硬化性心臟病或血管病的成年患者。

REPATHA®對於12歲或以下患有純合子家族性高膽固醇血症(HoFH)的兒童或未患HoFH兒童的安全性與效果尚未可知。



誰不應使用REPATHA®？

如果你對evolocumab或REPATHA®中的任何成分過敏，

請勿使用REPATHA®。

在使用REPATHA®前，請向醫護人員交代身體病況，包括以下狀況：

- 對橡膠或乳膠過敏。預充注射器針咀的蓋帽均含有天然乾乳膠，可能導致過敏反應。
- 懷孕或計劃懷孕。REPATHA®對嬰兒是否有害尚未可知。若在使用REPATHA®期間懷孕，請告知你的醫護人員。
- 正在哺乳或計劃哺乳。你與醫生會衡量暫停哺乳對嬰兒的影響及停用REPATHA®對你的影響，以決定你應否停藥或暫停哺乳。

請向醫護人員交代你最近使用，正在使用或將可能使用之藥物，包括天然的療方或草藥。

如何使用REPATHA®

請根據醫護人員的指示使用REPATHA®。



REPATHA®為皮下注射劑，需每兩星期或一個月注射一次。



如醫生為你處方每月注射一次的劑量，你將需使用3支注射器，連續注射3次，所有注射都需要在30分鐘內完成。

如果你的醫生認為你或你的照顧者能夠注射REPATHA®，你們將會接受REPATHA®注射之相關訓練。在未接受醫護人員訓練前，請勿嘗試自行注射REPATHA®。請勿將REPATHA®與其他注射藥物在同一位置注射。

在每次注射REPATHA®前，請檢查注射器的標籤，以確保使用正確藥物和正確劑量。

如果你忘記注射REPATHA®而距離下次注射日還有7天以上，請在發現時盡早注射忘記的劑量。假如距離下次注射日只有7天或以下，請跳過這次用藥，並根據最初的計劃注射下一次劑量，這可讓你回到原有的進度，如果你在錯過注射後不確定應何時注射REPATHA®，請諮詢你的醫生或藥劑師。

如果你使用了過多REPATHA®，請立即聯絡你的醫護人員。

請不要在未與醫生商討前自行停用REPATHA®。停用REPATHA®可能會令你膽固醇指數升高。

可能引起之副作用

REPATHA®可引致以下副作用：

- 過敏反應。如果你出現過敏反應的症狀，包括嚴重出疹、紅腫、痕癢、腫脹或呼吸困難，請立即通知你的醫護人員，或前往最近的急症室。

常見的副作用包括：流鼻水、喉嚨痛、感冒症狀、流感或類流感症狀、背痛、以及注射部位發紅、瘀青或疼痛。

如果受副作用影響，或副作用持續，請通知你的醫護人員。

上列的並非所有REPATHA®的副作用。請諮詢你的醫生或藥劑師。

包裝成分

成分及其他相關資訊

REPATHA®之有效成分為evolocumab。每支預充自助注射器的1毫升溶液含有140毫克evolocumab。其他成分包括：脯氨酸 (proline)、冰醋酸 (glacial acetic acid)、聚山梨酯 80 (polysorbate 80)、氫氧化鈉 (sodium hydroxide) 以及注射用水 (water for injections)。


REPATHA®是一種外觀介乎清澈至奶白狀，呈透明至淡黃色之液體，不含任何顆粒。

如發現藥液變色、褪色或含雜質（如塊狀或片狀異物）及有色顆粒，請勿使用。

每盒包裝內有1支單次預充自助注射器。

使用步驟說明

注射器解說



內有針咀

使用步驟說明

重要事項

使用REPATHA®預充自助注射器前，請閱讀以下重要事項：

- 未接受醫護人員訓練前，請勿嘗試自行注射或為他人注射。
- REPATHA®預充自助注射器橙色蓋帽內之針蓋含有天然乾乳膠。如你對乳膠敏感，請通知醫護人員。

貯存REPATHA®：

- 請將REPATHA®預充自助注射器存放於原有包裝盒內，以避免光線照射。
- 請將藥物放在攝氏2至8度雪櫃。
- 如把藥物從雪櫃中取出，可將藥物置於原有包裝盒內，存於室溫(不高於攝氏25度)並於30日內用畢。
- 請勿將REPATHA®預充自助注射器置於冰格，或使用已雪藏的預充自助注射器。

切勿

- ✗ 搖動REPATHA®預充自助注射器。
- ✗ 預先除下橙色蓋帽，除非你已準備開始注射。
- ✗ 使用曾掉落堅硬地面或平面上之REPATHA®預充自助注射器。在注射器裡面，可能已有外觀看不見的部件因而損毀。
- ✗ 使用已過期的REPATHA®預充自助注射器。

如有任何關於使用REPATHA®預充自助注射器的疑問，請諮詢你的醫護人員。

請把REPATHA®預充自助注射器放置於兒童無法觸及之處。

步驟1：事前準備

A 拿出一枝REPATHA®預充自助注射器。

1. 將預充自助注射器從盒中小心地垂直拿出。
2. 耐心等待最少30分鐘或直到預充自助注射器自然達至室溫。
3. 這能有助注射整個劑量，以及減低注射時的不適。如REPATHA®預充自助注射器未達至室溫，注射的過程有可能會較長。請勿加熱預充自助注射器，而應讓注射器自然達至室溫。

⊘ 切勿

- ✗ 用任何方式，如熱水或微波爐，加熱預充自助注射器。
- ✗ 讓預充自助注射器受陽光直接照射。
- ✗ 搖動REPATHA®預充自助注射器。
- ✗ 預先除下橙色蓋帽。

B 檢查REPATHA®預充自助注射器



檢查有效日期。若標籤上的藥物有效日期已過，切勿使用該預充自助注射器。

確保從注射器窗口看到的藥物外觀應清澈，顏色呈透明至淡黃色。

⊘ 如有以下情況，**切勿**使用預充自助注射器：

- ✗ 藥液渾濁、變色、褪色、含塊狀或片狀異物、微粒等雜質。
- ✗ 預充自助注射器出現任何裂痕或破損。
- ✗ 預充自助注射器掉在地上。
- ✗ 橙色蓋帽缺失或鬆脫。

如遇上述情況，應使用全新預充自助注射器。

使用步驟說明

步驟1：事前準備（續）

C 預備好所有注射所需物品。

用皂液及清水徹底清洗雙手。

在一個清潔、光線充足的桌面上，準備：

- 全新的預充自助注射器
- 酒精紙
- 棉花球或紗布
- 膠布
- 利器收集箱


(請參考步驟4：完成)



ALCO PAD
ALCO PAD ALCO PAD



D 準備及清潔注射位置



你可在以下部位注射：

- 大腿
- 腹部，肚臍周圍2寸範圍除外
- 上臂外側（他人替你注射時）

以酒精紙清潔注射位置，等待皮膚全乾。

 注射前**請勿**觸摸已清潔位置。


 每次請選擇不同部位注射。如需選擇同一部位，請勿連續在同一位置施打藥物。

請勿在較幼嫩的皮膚或出現瘀青、發紅或變硬的皮膚注射。

步驟2：開始注射前

A

請只要在開始注射前才將橙色蓋帽筆直地拉出。切勿在拉出橙色蓋帽後擱置預充自助注射器超過5分鐘，這有機會令藥物乾涸。



於針尖或黃色安全裝置冒出一滴藥液屬正常現象。

切勿

- ✗ 扭、屈曲或擺動橙色蓋帽。
- ✗ 套回橙色蓋帽至預充自助注射器。
- ✗ 把手指放進黃色安全裝置。


 在準備好注射前，**請勿**拉出橙色蓋帽。

如無法自行進行注射，請通知你的醫護人員。

使用步驟說明

步驟2：開始注射前（續）

B 可拉緊或捏起皮膚來注射藥物。




大腿：

拉緊皮膚

以拇指及食指向相反方向拉緊皮膚，於拇指和食指間製造約2寸空間。

或



腹部或上臂：

捏起皮膚

以拇指及食指捏起約2寸皮膚。




注射期間，請繼續保持拉緊或捏起皮膚。

步驟3：注射

A


繼續保持拉緊或捏起皮膚。在移除橙色蓋帽後，請把預充自助注射器的黃色安全裝置垂直放於注射位置的皮膚上。



❗ 請勿按下灰色注射按鈕。

B

把預充自助注射器平穩推入皮膚，直至注射器停止繼續移動。




❗ 在推入注射器時，請勿觸碰灰色注射按鈕，直至正式開始注射為止。


使用步驟說明

步驟3：注射（續）


- C** 當你準備好注射藥物，請用拇指按下灰色注射按鈕。你會聽到「卡」一聲。



- D** 請繼續將預充自助注射器推入皮膚。在維持注射器推入皮膚的手勢同時鬆開拇指。一次注射過程需時約15秒。



注射完畢後，注射器窗口會由清澈轉為黃色。你會聽到第二下「卡」聲。



注意：

在拔出預充自助注射器後，如注射窗口尚未轉為黃色，或藥物仍在注射，這代表你沒有接受整個劑量。請立即通知你的醫護人員。

步驟4：完成

A

棄置用過的預充自助注射器及
橙色蓋帽。



B

檢查注射位置。

如果注射位置出血，可以棉花球或紗布清潔及輕輕按壓止血。**請勿**揉搓注射位置。如有需要，可貼上膠布。

把用過的預充自助注射器及橙色蓋帽放進利器收集箱。

請勿把預充自助注射器作為家居廢物棄置。

如果沒有利器收集箱，可以具備以下條件的家居容器取代：

- 由重型塑料製成，
- 可蓋上緊身，耐刺穿的蓋子，讓利器無法洩漏，
- 使用時直立、穩固，
- 防洩漏，
- 有適當的標記以警告容器內的危險廢物。

當你的利器收集箱快滿時，請根據所在地的廢物處理指引棄置。

切勿

- ✗ 重用預充自助注射器。
- ✗ 套回預充自助注射器針咀或把手指放進黃色安全裝置。
- ✗ 把預充自助注射器或利器收集箱放進回收箱或當作家居廢物處理。
- ✗ 重用利器收集箱。

 請把利器收集箱放置於兒童無法觸及之處。

常見問題

如果我在正式施打藥物前按下了灰色注射按鈕，會發生什麼事？

你可以先放開灰色注射按鈕，將預充自助注射器放回注射位置。然後，你就可以再次按下灰色注射按鈕開始注射。

在選擇注射位置時，我可以在注射範圍移動預充自助注射器嗎？

只要你沒按下灰色注射按鈕，你就可以移動預充自助注射器。請注意，當你按下灰色注射按鈕，而同時黃色安全裝置已被推進預充自助注射器內，藥物就會開始注射。

開始注射後，我可以鬆開灰色注射按鈕嗎？

你可以鬆開灰色注射按鈕，但請繼續將預充自助注射器緊貼皮膚直至注射完成。

我鬆開灰色注射按鈕後，按鈕會回彈嗎？

如果你在注射過程中按住按鈕，灰色注射按鈕可能不會回彈。請放心，這種情況不會對注射造成影響。

如果我聽不到第二下「卡」聲，應該怎麼辦？

如果你聽不見第二下「卡」聲，你可以留意注射器窗口。注射完畢後，注射器窗口會轉為黃色。

如果我對預充自助注射器或注射有疑問，我應該聯絡誰？

如對預充自助注射器或注射有任何疑問，請諮詢你的醫生。

備忘

備忘

包裝盒內隨附之指引附有完整資訊及預充自助注射器使用
步驟指南。

參考資料:

1. Repatha[®] Hong Kong prescribing information.
2. Repatha[®] Hong Kong instructions for use.
3. Data on file.
4. Repatha[®] patient information.